

Digitale Pyrometer **PYROSPOT**

Punktförmige berührungslose Messung von Temperaturen

-40 °C bis 3000 °C



PYROSPOT Serien

Digitale Pyrometer zur berührungslosen Messung von Temperaturen

Unsere digitalen Pyrometer der **PYROSPOT** Serien sind **Strahlungsthermometer**, die eine berührungslose Messung der Temperatur von **–40 °C bis 3000 °C** ermöglichen. Sie zeichnen sich durch ihre robuste Ausführung, hervorragende Genauigkeit und hohe Zuverlässigkeit aus. Sie sind besonders für den Einsatz in industrieller Umgebung geeignet.

Durch umfangreiches Zubehör lassen sich die Pyrometer individuell an die Applikation anpassen oder in Systemlösungen integrieren. Zur Konfiguration der Pyrometer und Analyse der Messwerte steht die Windows®-Software **PYROSOFT Spot** zur Verfügung.

Wir bieten Ihnen ein äußerst **umfangreiches Pyrometersortiment** mit einem **ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis**. So finden Sie für Ihre Anwendung das passende Produkt. Für Messungen an Objekten mit veränderlichem oder unbekanntem Emissionsgrad eignen sich auch unsere **Quotienten-Pyrometer**, die in vielen PYROSPOT Serien enthalten sind. Unsere **Pyrometer mit Lichtwellenleiter** eignen sich besonders für Messungen bei heißen Umgebungsbedingungen oder schwer zugänglichen Messstellen.

Alle stationären Pyrometer besitzen einen temperaturlinearen 0/4 bis 20 mA Ausgang. Als digitale, galvanisch getrennte Schnittstellen stehen USB oder RS-485 zur Verfügung. Die RS-485-Schnittstelle verwendet das Datenprotokoll Modbus RTU. Die damit ausgestatteten Pyrometer lassen sich problemlos in bestehende Bussysteme und Prozesssteuerungen integrieren. Die Einbindung in lokale Netzwerke ist mit unseren Pyrometern mit Ethernet-Schnittstelle oder der Ethernet Interface-Box DCU^{lop} möglich.

••• Das richtige Gerät für jedes Material und jeden Temperaturbereich

Material	Temperaturbereich	Spektralbereich	Geräte- bezeichnung
Nichtmetalle	−40 °C bis 1000 °C	8 μm bis 14 μm	"L"
Ultradünnes Glas	300 °C bis 1100 °C	um 7,7 μm	"U"
Glasoberflächen	50 °C bis 2500 °C	um 5,0 μm	"G"
Heißes CO ₂	500 °C bis 2000 °C	um 4,5 μm/4,6 μm	"C"
Messungen durch Flammen	100 °C bis 2500 °C	um 3,9 µm	"F"
Halbleiter, Metalle	50 °C bis 1800 °C	3,5 μm bis 4,0 μm	"MF"
Dünne Kunststofffolien	50 °C bis 400 °C	um 3,43 μm	"P"
Keramik, Metalle	20 °C bis 1000 °C	3 μm bis 5 μm	"M"
Metalle, Keramik	50 °C bis 2200 °C	2,0 μm bis 2,8 μm	"N"
Metalle, Keramik, Graphit	200 °C bis 2500 °C	1,5 μm bis 1,8 μm	"N"
Wolfram	500 °C bis 2500 °C	um 1,25 μm	"NT"
Silizium, Metalle	400 °C bis 2500 °C	um 0,88 µm	"N"
Metalle, Glassschmelzen	500 °C bis 3000 °C	0,8 μm bis 1,1 μm	"N"
Flüssige Metalle	1000 °C bis 2500 °C	um 0,55 μm	"N"

"Um physikalisch bedingte Temperaturmessfehler durch Emissionsgradungenauigkeiten zu minimieren, sollten Sie so kurzwellig wie möglich messen. Weiterhin

sollen Spektralbereiche verwendet werden, in denen das Messobjekt einen besonders hohen Emissionsgrad aufweist und die Umgebung geringe Störungen hervorruft. In der Übersicht sehen Sie typische Spektralbereiche, empfohlene Temperaturbereiche und Beispielanwendungen".


Daniel Wagner, Vertriebsingenieur und Pyrometer-Spezialist bei der DIAS Infrared GmbH

••• Was bedeutet die Gerätebezeichnung?

Unsere Pyrometer sind nach einem speziellen Schema bezeichnet, das Ihnen hilft, den IR-Sensortyp, die Geräteserie, den Spektralbereich sowie einige Besonderheiten zu erkennen.

Beispiel: PYROSPOT DA 10GV

Pyrometer mit Halbleiter-Fotodioden-Sensor der Serie 10, Spektralbereich "G" und Videomodul





••• Unsere PYROSPOT-Serien im Überblick

Eigenschaften	S	Schnit	tstell	е	А	usgar	ng	\	/isier	einric	htung	9		Ор	tik			G	ehäu:	se	
PYROSPOT Serien	RS-485	Ethernet	USB	Parametrierschnittstelle	4 20 mA	0/4 20 mA	Schaltausgang	Laser	Laserpilotlichtvorsatz	LED	Video	Durchblickvisier	Festoptik	Variooptik	Variooptik mit Motorfokus	Lichtwellenleiter	Edelstahl-Rundgehäuse IP65	Aluminium-Kompaktgehäuse	Separate Elektronikbox	Anzeige- und Bedienelemente	Portabel
Serien 4x	Uni	verse	lle, ko	ompa	kte u	nd ro	buste	Pyrc	mete	er für	indus	triell	e Anv	vendı	ınger	l .					
Serie 40			•		0			0	•	0			0	0		0	0				
Serie 42					0			0	•				•				0			•	
Serie 44	0					0		0	0	0			0	0		0	0				
Serie 47		0				0		0	•	0			0	0		0	0				
Serie 48 ¹⁾							0			0			0				0			0	
Serien 5x	Нос	hprä	zise u	ınd so	hnell	e Pyr	omet	er für	den	Indus		insat									
Serie 54	0					0	0	0			0	0	0				0				
Serie 55	0					0	0	0			0	0	0		0		0			0	
Serie 56	0					0	0	0			0	0	0				0			0	
Serien 1x	Нос	hgen	iaue l	yron	neter	für In	dustr	ie un	d For	schur	ng										
Serie 10	0					0	0	0		0	0	0		0				0		0	
Serie 11	0					0	0	0					0	0		0			0	0	
Weitere																					
Serie 4	0					0	0						0						0	0	
Serie 25				•	0				•				•				0				
Serie 30			0		0								0			0			0	0	
Serie 34	0					0							0			0			•	0	
Serie 80			0					0			0			0						0	0



Jede Serie unserer PYROSPOT-Reihe ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl an technischen Eigenschaften. Die Matrix gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Hauptmerkmale.

Verschiedene Gehäuseformen ermöglichen Ihnen eine optimale Anpassung an die vor Ort herrschenden Umgebungsbedingungen.

••• Gehäusevarianten

		Rundgehäuse		Kompaktgehäuse	Separate Elektronikbox	Portabel
				DIAS	994.0°C	Q DIAS
Serien	25	40, 42, 44, 47, 48	54, 55, 56	10	4, 11, 30 ²⁾ , 34 ²⁾	80
Maße	M25×1, Länge 98 mm	M40×1,5, Länge 125 mm	Ø 50 mm, Länge 105-140 mm	54 × 54 × 170 mm ³ (H × B × L)	$80 \times 110 \times 40 \text{ mm}^3$ $(H \times B \times T)$	$230 \times 135 \times 85 \text{ mm}^3$ $(H \times B \times L)$
Material	Edelstahl (IP65)	Edelstahl (IP65)	Edelstahl (IP65)	Aluminium (IP65)	Aluminium, Edelstahl (IP65)	Aluminium, Kunststoff (IP50)

 $^{^{1)}\ \}mbox{PYROSWITCH}$ Serie 48. $^{2)}\ \mbox{Ohne}$ Display und Bedientasten

PYROSPOT Serien 4x

Universelle, kompakte und robuste Pyrometer für industrielle Anwendungen

Serie 40 – Vielseitig einsetzbare 2-Leiter-Pyrometer mit USB-Schnittstelle





- Verschiedene Fest- und Variooptiken mit sehr kleinen Messfeldern ab 0,7 mm
- ✓ Laser- oder LED-Pilotlicht
- → Pyrometer mit Lichtwellenleiter erhältlich
- ▼ Kompaktes Edelstahlgehäuse IP65

Gerätetyp	Spektralbereich	Temperaturbereiche			Schnittstelle	Visiereinrichtung
DS 40N	0,8 μm bis 1,1 μm	600 °C bis 2500 °C	100 : 1 bis 200 : 1	10 ms	USB	Laser- oder LED-Pilotlicht
DG 40N	1,5 µm bis 1,8 µm	250 °C bis 2000 °C	100 : 1 bis 200 : 1	10 ms	USB	Laser- oder LED-Pilotlicht
DT 40F	um 3,9 μm	300 °C bis 2500 °C	50 : 1	60 ms	USB	Laser-Pilotlichtvorsatz oder LED-Pilotlicht
DT 40C	um 4,5 μm	500 °C bis 1800 °C	50 : 1	60 ms	USB	keine
DT 40G	um 5,0 μm	100 °C bis 2500 °C	50 : 1	60 ms	USB	Laser-Pilotlichtvorsatz oder LED-Pilotlicht
DT 40U	um 7,7 μm	300 °C bis 1100 °C	50 : 1	60 ms	USB	keine
DT 40L	8 μm bis 14 μm	−40 °C bis 1000 °C	50 : 1	60 ms	USB	Laser-Pilotlichtvorsatz oder LED-Pilotlicht
Lichtwellenl	eiter-Pyrometer					
DSF 40N	0,8 μm bis 1,1 μm	600 °C bis 2500 °C	50 : 1 bis 150 : 1	10 ms	USB	Laser- oder LED-Pilotlicht
DGF 40N	1,5 μm bis 1,8 μm	250 °C bis 2000 °C	50 : 1 bis 150 : 1	10 ms	USB	Laser- oder LED-Pilotlicht

Serie 42 - 2-Leiter-Einsteigerserie mit Emissionsgradeinsteller





- → Verschiedene Festoptiken erhältlich
- → Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- 🗷 Edelstahlgehäuse IP65
- Umfangreiches Zubehör, zum Beispiel Kühlgehäuse, Luftblasvorsatz

Gerätetyp	Spektralbereich	Temperaturbereiche	Distanzverhältnis	t ₉₅	Schnittstelle	Visiereinrichtung
DS 42N	0,8 μm bis 1,1 μm	600 °C bis 2500 °C	100 : 1 bis 200 : 1	10 ms	keine	Laser-Pilotlicht
DG 42N	1,5 μm bis 1,8 μm	250 °C bis 1800 °C	100 : 1 bis 200 : 1	10 ms	keine	Laser-Pilotlicht
DT 42G	um 5,0 μm	100 °C bis 2500 °C	50 : 1	100 ms	keine	Laser-Pilotlichtvorsatz
DT 42L	8 μm bis 14 μm	−40 °C bis 1000 °C	50 : 1	100 ms	keine	Laser-Pilotlichtvorsatz

Serie 48 – Schnelle Temperaturschalter mit potentialfreiem Ausgang





- Sehr kurze Schaltzeiten von nur 1 m:
- → Verschiedene Festoptiker
- → Schutzgrad IP6
- → Finstellbare Schaltschwelle

Gerätety	p Spektralbereich	Temperaturbereiche	Distanzverhältnis		Schnittstelle	Visiereinrichtung
DG 48N	1,5 μm bis 1,8 μm	200 °C bis 1800 °C	45 : 1 bis 200 : 1	1 ms	keine	LED-Pilotlicht

Serie 44 - Busfähige Pyrometer mit RS-485-Schnittstelle



- ✓ Verschiedene Fest- und Variooptiken mit sehr kleinen Messfeldern ab 0.7 mm
- → Quotienten-Pyrometer und
 Geräte mit Lichtwellenleiter

Gerätetyp	Spektralbereich	Temperaturbereiche	Distanzverhältnis	t ₉₅	Schnittstelle	Visiereinrichtung
DS 44N	0,8 μm bis 1,1 μm	600 °C bis 2500 °C	100 : 1 bis 200 : 1	5 ms	RS-485	Laser- oder LED-Pilotlicht
DG 44N	1,5 μm bis 1,8 μm	250 °C bis 2000 °C	100 : 1 bis 200 : 1	5 ms	RS-485	Laser- oder LED-Pilotlicht
DGE 44N	2,0 μm bis 2,6 μm	75 °C bis 1200 °C	80 : 1 bis 200 : 1	5 ms	RS-485	Laser-Pilotlicht
DA 44M	3,0 µm bis 5,0 µm	20 °C bis 1000 °C	50 : 1	5 ms	RS-485	Laser-Pilotlichtvorsatz oder LED-Pilotlicht
DA 44MF	3,5 μm bis 4,0 μm	50 °C bis 1000 °C	50 : 1	5 ms	RS-485	Laser-Pilotlichtvorsatz oder LED-Pilotlicht
DA 44F	um 3,9 μm	100 °C bis 2500 °C	50 : 1	5 ms	RS-485	Laser-Pilotlichtvorsatz oder LED-Pilotlicht
DA 44G	um 5,0 µm	50 °C bis 2500 °C	50 : 1	5 ms	RS-485	Laser-Pilotlichtvorsatz oder LED-Pilotlicht
DT 44L	8 μm bis 14 μm	–40 °C bis 1000 °C	50 : 1	10 ms ¹⁾	RS-485	Laser-Pilotlichtvorsatz oder LED-Pilotlicht
Quotienten-	Pyrometer					
DSR 44N	0,7 μm bis 1,1 μm	600 °C bis 2500 °C	50 : 1 bis 200 : 1	5 ms	RS-485	Laser-Pilotlicht
Lichtwellenle	eiter-Pyrometer					
DSF 44N	0,8 μm bis 1,1 μm	600 °C bis 2500 °C	50 : 1 bis 150 : 1	5 ms	RS-485	Laser- oder LED-Pilotlicht
DGF 44N	1,5 μm bis 1,8 μm	250 °C bis 2000 °C	50 : 1 bis 150 : 1	5 ms	RS-485	Laser- oder LED-Pilotlicht
Lichtwellenle	eiter-Quotienten-Pyron	neter				
DSRF 44N	0,7 μm bis 1,1 μm	700 °C bis 1800 °C	40 : 1	5 ms	RS-485	Laser-Pilotlicht

Serie 47 – Pyrometer mit Ethernetschnittstelle





- Schnittstelle
- → Robustes Edelstahlgehäuse IP65

Gerätetyp	Spektralbereich	Temperaturbereiche	Distanzverhältnis		Schnittstelle	Visiereinrichtung
DS 47N	0,8 μm bis 1,1 μm	600 °C bis 2500 °C	100 : 1 bis 200 : 1	5 ms	Ethernet	Laser- oder LED-Pilotlicht
DG 47N	1,5 µm bis 1,8 µm	250 °C bis 2000 °C	100 : 1 bis 200 : 1	5 ms	Ethernet	Laser- oder LED-Pilotlicht
DA 47M	3,0 µm bis 5,0 µm	20 °C bis 1000 °C	50 : 1	5 ms	Ethernet	Laser-Pilotlichtvorsatz oder LED-Pilotlicht
DA 47MF	3,5 µm bis 4,0 µm	50 °C bis 1000 °C	50 : 1	5 ms	Ethernet	Laser-Pilotlichtvorsatz oder LED-Pilotlicht
DA 47F	um 3,9 μm	100 °C bis 2500 °C	50 : 1	5 ms	Ethernet	Laser-Pilotlichtvorsatz oder LED-Pilotlicht
DA 47G	um 5,0 μm	50 °C bis 2500 °C	50 : 1	5 ms	Ethernet	Laser-Pilotlichtvorsatz oder LED-Pilotlicht
DT 47L	8 μm bis 14 μm	−40 °C bis 1000 °C	50 : 1	10 ms ¹⁾	Ethernet	Laser-Pilotlichtvorsatz oder LED-Pilotlicht
Lichtwellenl	eiter-Pyrometer					
DSF 47N	0,8 μm bis 1,1 μm	600 °C bis 2500 °C	50 : 1 bis 150 : 1	5 ms	Ethernet	Laser- oder LED-Pilotlicht
DGF 47N	1,5 μm bis 1,8 μm	250 °C bis 2000 °C	50 : 1 bis 150 : 1	5 ms	Ethernet	Laser- oder LED-Pilotlicht

1) t₉₀

PYROSPOT Serien 5x

Hochpräzise, sehr schnelle Pyrometer für den Industrieeinsatz

Serie 54 - Kompakte Pyrometer mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis → Laser-Pilotlicht, Farb-Videokamera DS 54N 0,8 μm bis 1,1 μm 550 °C bis 3000 °C 200:1 bis 300:1 RS-485 Laser-Pilotlicht, Video, Durchblickvisier **DG 54N** 1,5 μm bis 1,8 μm 200 °C bis 2500 °C 200:1 bis 300:1 RS-485 Laser-Pilotlicht, Video, Durchblickvisier Quotienten-Pyrometer DSR 54N 0,7 µm bis 1,1 µm 500 °C bis 3000 °C 50 : 1 bis 300 : 1 5 ms RS-485 Laser-Pilotlicht, Video, Durchblickvisier Spezial-Pyrometer für Verbrennungsanlagen 0,7 μm bis 1,1 μm 700 °C bis 2500 °C 200 : 1 RS-485 Laser-Pilotlicht, Farb-Videokamera



••• Beispiele für mechanisches Zubehör



Serie 54/55 mit Luftblasvorsatz und justierbarem Montagewinkel



Serie 54/55 mit Kühlgehäuse inklusive Luftspülung, Muffe für Kugelflansch und Kugelflansch

Serie 56 – Leistungsfähige Pyrometer mit Display und Parametriertasten 7 Verschiedene Festoptiken mit sehr kleine Messfeldern ab 0,7 mm 7 Laser-Pilotlicht, Farb-Videokamera oder Durchblickvisier 7 Edelstahlgehäuse IP65 Gerätetyp Spektralbereich Temperaturbereiche Distanzverhältnis t... Schnittstelle Visiereinrichtung

Gerätetyp	Spektralbereich	Temperaturbereiche	Distanzverhältnis	t ₉₅	Schnittstelle	Visiereinrichtung
DS 56N	0,8 μm bis 1,1 μm	550 °C bis 3000 °C	200 : 1 bis 300 : 1	2 ms	RS-485	Laser-Pilotlicht, Video, Durchblickvisier
DG 56N	1,5 μm bis 1,8 μm	200 °C bis 2500 °C	200 : 1 bis 300 : 1	2 ms	RS-485	Laser-Pilotlicht, Video, Durchblickvisier
DGE 56N	2,0 μm bis 2,6 μm	75 °C bis 2200 °C	80 : 1 bis 200 : 1	2 ms	RS-485	Laser-Pilotlicht, Durchblickvisier
Quotienten-	Pyrometer					
DSR 56N	0,7 μm bis 1,1 μm	500 °C bis 3000 °C	50 : 1 bis 300 : 1	5 ms	RS-485	Laser-Pilotlicht, Video, Durchblickvisier

• • •

PYROSPOT Serien 1x

Hochgenaue Pyrometer für Industrie und Forschung

Serie 10 - Schnelle Pyrometer mit Display, Parametriertasten und Variooptik

	DIAS		DIAS	22 :1.0 () () () ()	1.1°C	 ✓ Verschiedene Variooptiken mit sehr kleinen Messfeldern ab 0,7 mm ✓ Integriertes Display zur Anzeige von Messwert und Parametern ✓ Bedientasten zur Parametrierung ✓ Viele verschiedene Visiermöglichkeiten 				
Gerätetyp	Spektralbereich	Temperaturbereiche	Distanzverhältnis	t ₉₅	Schnittstelle	Visiereinrichtung				
DS 10N	0,8 μm bis 1,1 μm	550 °C bis 3000 °C	200 : 1 bis 300 : 1	2 ms	RS-485					
DGA 10N	um 0,88 μm	400 °C bis 2500 °C	50 : 1 bis 200 : 1	2 ms	RS-485					
DG 10NT	um 1,25 μm	500 °C bis 2500 °C	200 : 1	2 ms	RS-485					
DG 10N	1,5 µm bis 1,8 µm	200 °C bis 2500 °C	200 : 1 bis 300 : 1	2 ms	RS-485	Alle Pyrometer verfügen entweder über ein LED- oder Laserpilotlicht, ein Durchblickvisier				
DGE 10N	2,0 µm bis 2,6 µm	100 °C bis 1200 °C	100 : 1 bis 200 : 1	2 ms	RS-485					
DP 10N	2,0 μm bis 2,8 μm	50 °C bis 1200 °C	100 : 1 bis 200 : 1	1,5 ms	RS-485					
DA 10M	3 μm bis 5,0 μm	30°C bis 1400 °C	100 : 1 bis 130 : 1	1 ms	RS-485	oder eine Farb-Videokamera				
DPE 10M	3,0 µm bis 5,0 µm	20 °C bis 1000 °C	75 : 1 bis 150 : 1	1,5 ms	RS-485					
DA 10MF	3,5 µm bis 4,0 µm	75 °C bis 1800 °C	100 : 1 bis 130 : 1	1 ms	RS-485					
DPE 10MF	3,5 µm bis 4,0 µm	50 °C bis 2500 °C	75 : 1 bis 200 : 1	1,5 ms	RS-485					
DA 10F	um 3,9 μm	200 °C bis 2500 °C	100 : 1 bis 130 : 1	1 ms	RS-485					
DA 10C	um 4,6 μm	500 °C bis 2000 °C	100 : 1	1 ms	RS-485	Durchblickvisier				
DA 10G	um 5,0 μm	75 °C bis 2500 °C	100 : 1 bis 130 : 1	1 ms	RS-485	Alle Pyrometer verfügen entweder über ein				
DY 10L	8 μm bis 14 μm	0 °C bis 1000 °C	80 : 1 bis 100 : 1	30 ms	RS-485	LED- oder Laserpilotlicht, ein Durchblickvisie oder eine Farb-Videokamera				
Quotienten-	Pyrometer									
DSR 10N	0,7 μm bis 1,1 μm	500 °C bis 3000 °C	50 : 1 bis 300 : 1	5 ms	RS-485	Alle Pyrometer verfügen entweder über ein				
DSR 10NF	0,7 μm bis 1,1 μm	600 °C bis 2500 °C	100 : 1 bis 300 : 1	5 ms	RS-485	LED- oder Laserpilotlicht, ein Durchblickvisier				
DGR 10N	1,5 μm bis 1,9 μm	300 °C bis 2300 °C	100 : 1 bis 300 : 1	5 ms	RS-485	oder eine Farb-Videokamera				

PYROSPOT Serien 1x

Hochgenaue Pyrometer für Industrie und Forschung

Serie 11 – Robuste Lichtwellenleiter-Pyrometer mit Display und Bedientasten



- Vario- und Festoptiken verfügbar mit sehr kleinen Messfeldern ab 0,7 mm
- 7 Für Umaebunasbedinaunaen bis zu 250°C
- ▼ OLED Display und Parametriertasten
- ✓ Schutzgrad IP65

Gerätetyp	Spektralbereich	Temperaturbereiche	Distanzverhältnis	t ₉₅	Schnittstelle	Visiereinrichtung
DSF 11N	0,8 μm bis 1,1 μm	600 °C bis 3000 °C	100 : 1 bis 150 : 1	2 ms	RS-485	Laser-Pilotlicht
DGAF 11N	um 0,88 µm	350 °C bis 2500 °C	15: 1 bis 150 : 1	2 ms	RS-485	Laser-Pilotlicht
DGF 11N	1,5 μm bis 1,8 μm	250 °C bis 2500 °C	100 : 1 bis 150 : 1	2 ms	RS-485	Laser-Pilotlicht
DGEF 11N	1,5 μm bis 2,2 μm	100 °C bis 800 °C	20 : 1 bis 30 :1	2 ms	RS-485	Laser-Pilotlicht
DGEF 11N	2,0 μm bis 2,6 μm	150 °C bis 1200 °C	50 : 1 bis 75 : 1	2 ms	RS-485	Laser-Pilotlicht
Quotienten-	Pyrometer					
DSRF 11N	0,7 μm bis 1,1 μm	600 °C bis 3000 °C	50 : 1 bis 150 : 1	5 ms	RS-485	Laser-Pilotlicht
DGRF 11N	1,5 μm bis 1,9 μm	300 °C bis 2300 °C	50 : 1 bis 150 : 1	5 ms	RS-485	Laser-Pilotlicht

• • •

PYROSPOT Serie 4

Stationäre Pyrometer für Industrieanwendungen

Serie 4 - Pyrometer mit kleinem Sensorkopf und separater Elektronik



- → Großes OLED Display und Bedientasten
- → Parametrierung direkt am Gerät
- Bestes Preis-Leistungsverhältnis für OEM Anwendungen
- ✓ Schutzgrad IP65

Gerätetyp	Spektralbereich	Temperaturbereiche	Distanzverhältnis		Schnittstelle	Visiereinrichtung
DS 4N	0,8 μm bis 1,1 μm	600 °C bis 2500 °C	32 : 1 bis 64 : 1	10 ms	RS-485	keine
DG 4N	1,5 μm bis 1,8 μm	250 °C bis 1800 °C	32 : 1 bis 64 : 1	10 ms	RS-485	keine
DA 4P	um 3,43 µm	50 °C bis 400 °C	15:1	40 ms	RS-485	keine
DT 4G	um 5,0 μm	200 °C bis 1800 °C	20:1	100 ms	RS-485	keine
DT 4L	8 μm bis 14 μm	−40 °C bis 1000 °C	20 : 1	100 ms	RS-485	keine

PYROSPOT Serien 2x und 3x


Stationäre Pyrometer für Industrieanwendungen

Serie 25 – Kompakte Pyrometer mit Parametrierschnittstelle 7 2-Leiter-Pyrometer mit überzeugendem Preis-Leistungsverhältnis 7 Festoptik 7 Edelstahl-Rundgehäuse IP65 Distanzverhältnis t₉₅ Schnittstelle DT 25L 8 μm bis 14 μm −20 °C bis 700 °C 40 : 1 200 ms Parametrierschnittstelle optionaler Laser-Pilotlichtvorsatz



PYROSPOT Serien 8x

Tragbare Pyrometer für den Einsatz in der Schwerindustrie



Extras

••• Pyrometersoftware PYROSOFT Spot und PYROSOFT Spot Pro

Für die Auswertung und Weiterverarbeitung von gewonnenen Messdaten bietet DIAS für seine PYROSPOT-Pyrometer zwei Varianten an. Das sind die freie Windows Software **PYROSOFT Spot** und die kostenpflichtige Variante **PYROSOFT Spot Pro**. Die Pro-Variante ermöglicht die Messwertvisualisierung und Messwertaufzeichnung von mehreren gleichzeitig angeschlossenen Pyrometern, wohingegen dies bei der Free-Version nur für ein angeschlossenes Pyrometer möglich ist. Das Video-Bild kann auch über einen zusätzlich erhältliches TFT-Display dargestellt werden.



Weitere Funktionen sind:

- * Triggerfunktionen¹⁾
- * umfangreiche statistische Auswertung der Messdaten¹⁾
- * Export der Messdaten als Textdatei, automatische Erzeugung von Excel-Tabellen
- * Videofunktion für Pyrometer mit integriertem Kameramodul
- * integrierter Rechner zur Berechnung von Optikparametern
- * Anzeige und Parametrierung der optionalen Anzeigeeinheit und Digitalanzeigen¹⁾
- * automatische Emissionsgradbestimmung
- * Reportgenierung aus Vorlagendokument

1) Nur bei PYROSOFT Spot Pro

••• Zubehör für alle Pyrometerserien PYROSPOT

Für unsere Pyrometerserien gibt es eine Vielzahl an mechanischen, optischen und elektrischen Zubehörteilen.

	Serie 10	Serie 11	Serie 25	Serien 3x	Serie 40	Serie 42/47	Serie 44	Serie 48	Serien 5x
0		0	0	0	0	0	0	0	
	Ø	Ø	Ø		Ø	0	Ø	0	Ø
	Ø				Ø	0	Ø	0	
0	0	0	0	0	Ø	0	Ø	Ø	0
	Ø	0	Ø	0	Ø	0	Ø	Ø	0
	0								
	0				Ø	0	Ø	Ø	0
	Ø						Ø		
0	0	0			Ø	0	Ø	Ø	0
	Ø	0			Ø	0	Ø	Ø	0
	Ø				Ø	0	Ø	Ø	0
	Ø	Ø			Ø	0	Ø	Ø	Ø
	0	0			Ø	0	Ø	Ø	0
	0	0	0	0	Ø	0	Ø	Ø	0
0	0	0		⊘ ²⁾			Ø		0
Ø	Ø	Ø		⊘ ²⁾			0		Ø
	Ø	Ø		2)			Ø		Ø
	0								0
0	Ø	Ø	Ø	0	Ø	0	Ø	0	Ø
0	•	0	Ø	0	Ø	0	•		Ø
	0	0	0	0	Ø	⊘ 3)	0		0
	0	0	0	0	Ø		0		0
	Ø								0

Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich. ²⁾ Nur Serie 34. ³⁾ Nur Serie 42.

Vernetzung und Kalibrierung

••• Einbindung in lokale Netzwerke – Ethernet Interface-Box DCU^{IOP}

Die Einbindung in lokale Netzwerke zur Datenübertragung und Parametrierung kann mit unseren Pyrometern mit Ethernetschnittstelle (**PYROSPOT Serie 47**) oder mit der **Ethernet Interface-Box DCU**^{IOP} erfolgen. Alle PYROSPOT Pyrometer, die eine RS-485-Schnittstelle besitzen, können mit der Ethernet Interface-Box DCU^{IOP} verbunden werden. Damit ist es möglich, mehrere Pyrometer über einen Anschluss unter einer IP-Adresse zu betreiben. Videosignale können auch übertragen werden.

Eine drahtlose Verbindung bietet außerdem die Möglichkeit, mittels der **Web-Browser** von Smartphone oder Tablet die Inbetriebnahme, Wartung und Vorortkontrolle unkompliziert durchzuführen. Ein integrierter Datenlogger ermöglicht die Aufzeichnung von Messdaten der Pyrometer.



••• Kalibrierung

Zur Kalibrierung und Überprüfung von Strahlungsthermometern und Wärmebildkameras fertigt die DIAS Infrared GmbH **schwarze Strahler**. Ausgewählte **Kalibrierstrahler** der Serie **PYROTHERM** enthält die folgende Übersicht.

Kalibrierstrahler PYROTHERM					
Gerät	Temperaturbereich	Strahlertyp			
CS 120	−15 °C bis 120 °C	Flächenstrahler			
CS 400	50 °C bis 400 °C	Flächenstrahler			
CS 500	50 °C bis 500 °C	Flächenstrahler			
CS 1200	300 °C bis 1200 °C	Hohlraumstrahler			
CS 1500	300 °C bis 1500 °C	Hohlraumstrahler			
CS F35 bis F150	35 °C bis 150 °C 1)	Flächenstrahler			
CCS 130	30 °C bis 130 °C ²⁾	Flächenstrahler			
¹⁾ Feste Temperatur werksseitig einstellbar zwischen 35 °C und 100 °C (in 5 °C-					

werksseitig einstellbar zwischen 30 °C und 130 °C (in 1 °C-Schritten)



Die digitalen DIAS **Transfer-Strahlungsthermometer** der **PYROSPOT Serie 10 cal** sind besonders langzeitstabile und hochgenau kalibrierte Geräte, die speziell zur Überprüfung von Kalibrierstrahlern und zur rückführbaren Kalibrierung von Infrarot-Temperaturmessgeräten konzipiert wurden. Im Lieferumfang ist ein Prüfschein mit 10 Messpunkten (rückführbar auf PTB-Normale) oder ein optionaler PTB-Kalibrierschein enthalten. Auf Wunsch führen wir die Kalibrierung Ihrer Infrarot-Temperaturmessgeräte in unserem **Kalibrierlabor als Dienstleistung** durch.

Transfer-Strahlungsthermometer zur Kalibrierung							
Gerät	Spektralbereich	Temperaturbereich	Distanzverhältnis	t95	Schnittstelle	Visiereinrichtung	
DS 10N cal	0,8 μm bis 1,1 μm	600 °C bis 2500 °C	200 : 1	1 s	RS-485	Durchblickvisier	
DG 10N cal	1,5 μm bis 1,8 μm	300 °C bis 1800 °C	200 : 1	1 s	RS-485	Durchblickvisier	
DY 10F cal	um 3,9 µm	200 °C bis 1500 °C	70 : 1	1 s	RS-485	Durchblickvisier	
DY 10G cal	um 5,0 µm	100 °C bis 1400 °C	70 : 1	1 s	RS-485	Laser-Pilotlicht	
DY 10L cal	8 μm bis 14 μm	0 °C bis 1000 °C	70:1	1 s	RS-485	Laser-Pilotlicht	



Haben Sie Fragen?

Wir beraten Sie gern und erstellen ein individuelles, unverbindliches Angebot für Ihre Messaufgabe, das spezifische Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt. Bei uns erhalten Sie Planung, Fertigung, Inbetriebnahme, Wartung und Kundensupport aus einer Hand.

> Kontakt: vertrieb@dias-infrared.de Telefon: +49 351 896 74 10



DIAS Infrared — Ihr kompetenter Hersteller und Ansprechpartner für Infrarot-Messtechnik



Wärmebildkameras

IR-Kameras für Feuerräume

Infrarot-Linienkameras



Pyrometer

Kalibrierstrahler

IR Sensoren und Arrays



Kalibrierung

F & E

Sonderlösungen



DIAS Infrared GmbH · Pforzheimer Straße 21, 01189 Dresden, Deutschland Telefon: +49 351 896 74-0 · Telefax: +49 351 896 74-99 E-Mail: info@dias-infrared.de · Internet: www.dias-infrared.de

